

Līgums Nr. _____
par scintigrāfijas kameras pilna servisa apkopes pakalpojumu sniegšanu

Rīgā, 2016. gada ____ . aprīlī

SIA „Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, reģistrācijas Nr. 40003951628 (*turpmāk tekstā – „Pasūtītājs”*), kuru saskaņā ar statūtiem un 2016. gada 5. aprīļa pilnvaru Nr. A1/1.1-18/16/22 pārstāv valdes priekšsēdētāja Anita Slokenberga un valdes loceklis Kaspars Plūme, no vienas puses, un

SIA „TRADINTEK”, reģistrācijas Nr. 40003308634 (*turpmāk tekstā – „Izpildītājs”*), kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv valdes loceklis Aleksandrs Packevičs, no otras puses, abi kopā turpmāk līguma tekstā saukti „Puses”,

pamatojoties uz Pasūtītāja rīkotā iepirkuma „Scintigrāfijas kameras „Infinia Hawkeye” pilna servisa apkopes pakalpojumu sniegšana”, iepirkuma identifikācijas Nr. RAKUS 2016/17M (*turpmāk tekstā – „Iepirkums”*) rezultātiem, noslēdza šo līgumu (*turpmāk tekstā – „Līgums”*):

1. Līguma priekšmets

- 1.1.** Pasūtītājs pasūta, un Izpildītājs apņemas atbilstoši ražotāja noteiktajam piegādāt un uzstādīt scintigrāfijas kameras „Infinia Hawkeye” (*turpmāk tekstā – „Iekārta”*) rezerves daļas, kā arī veikt pielikumā Nr.1 „Tehniskā specifikācija” norādītās plānveida profilaktiskās pārbaudes un tehniskās apkopes (*viss kopā turpmāk tekstā – „Pakalpojumi”*).
- 1.2.** Pasūtītājs apņemas apmaksāt Izpildītāja sniegtos Pakalpojumus saskaņā ar šī Līguma noteikumiem, tai skaitā, pielikumu Nr.2 „Finanšu piedāvājums”.

2. Līguma cena un norēķinu kārtība

- 2.1.** Līguma cena bez pievienotās vērtības nodokļa (*turpmāk tekstā – „PVN”*) ir **29 826,00 EUR** (divdesmit deviņi tūkstoši astoņi simti divdesmit seši *euro*).
- 2.2.** Līguma cenā ar PVN ietilpst Pakalpojumu izmaksas, tai skaitā, nepieciešamo rezerves daļu piegāde un uzstādīšana, plānveida profilaktiskās apskates un tehniskās apkopes, kā arī jebkuri nodokļi un nodevas, transporta un muitas izdevumi, kas saistīti ar Pakalpojumu izpildi. Pasūtītājam nav pienākuma veikt nekādus citus papildus maksājumus.
- 2.3.** Puses savstarpējos norēķinos piemēro Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteikto PVN likmes apmēru.
- 2.4.** Par sniegtajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs maksā Izpildītājam vienu reizi ceturksnī līdz 60 (sešdesmit) kalendāro dienu laikā pēc Līguma 3.5.punktā noteiktā Servisa akta abpusējas parakstīšanas un Izpildītāja sastādītā rēķina saņemšanas, atbilstoši Līguma pielikumam Nr.2.
- 2.5.** Visi Līgumā noteiktie maksājumi uzskatāmi par izdarītiem ar brīdi, kad attiecīgā maksājuma izdarītājs ir veicis pārskaitījumu uz Līgumā vai rēķinā norādīto norēķinu kontu, neatkarīgi no brīža, kad šie līdzekļi ir kļuvuši pieejami saņēmējam.

3. Pakalpojumu izpildes noteikumi

- 3.1.** Iekārtas rezerves daļu piegāde tiek veikta, ievērojot DDP (INCOTERM 2010).
- 3.2.** Pakalpojumu izpildes vieta ir stacionārs „Latvijas Onkoloģijas centrs”, Hipokrāta ielā 4, Rīgā.

- 3.3. Pakalpojumu izpildi piesaka Pasūtītāja pilnvarotā persona – stacionāra „Latvijas Onkoloģijas centrs” Klīniskās medicīnas fizikas un dozimetrijas daļas vadītājs Valdis Grigalis, tālr. 67042236, mob.tālr. 29174335, e-pasts: valdis.grigalis@aslimnica.lv.
- 3.4. Pakalpojumu izpildi piesaka Izpildītāja pilnvarotajai personai – Aleksandram Packevičam pa tālr. 67325943 vai mob.tālr. 29199799, vai faksu: 67211105, vai pa e-pastu: alexander.packevich@tradintek.lv.
- 3.5. Pasūtītājs pieņem Pakalpojumu izpildi Izpildītāja pilnvarotā pārstāvja klātbūtnē, veicot Iekārtas komplektācijas un darbības pārbaudi, par to Puses sastāda un paraksta Servisa aktu.
- 3.6. Pakalpojums tiek uzskatīts par sniegtu ar Līguma 3.5.punktā noteiktā Servisa akta abpusējas parakstīšanas brīdi.
- 3.7. Ja, veicot Pakalpojuma pieņemšanu, atklājas Pakalpojuma izpildes trūkumi, Iekārtas bojājumi vai citāda neatbilstība Līguma noteikumiem, Pasūtītājs par konstatētajiem pārkāpumiem sastāda Defekta aktu

4. Pasūtītāja saistības

- 4.1. Pasūtītājam ir pienākums pieņemt kvalitatīvi sniegtos Pakalpojumus un veikt samaksu par tiem saskaņā ar Izpildītāja iesniegto rēķinu, ievērojot 2.4.punktā noteikto.
- 4.2. Pasūtītājam ir pienākums nodrošināt Izpildītāja speciālistiem netraucētu piekļušanu Iekārtai, iepriekš saskaņotā laikā.
- 4.3. Pasūtītājam ir tiesības nepieņemt nekvalitatīvi sniegtus Pakalpojumus.

5. Izpildītāja saistības

- 5.1. Izpildītājam ir pienākums nodrošināt Iekārtas pilnvērtīgu funkcionēšanu, sniedzot Pakalpojumus saskaņā ar Līgumu, ražotāja noteikto tehnoloģiju un savu Iepirkumam iesniegto piedāvājumu.
- 5.2. Izpildītājs garantē Pakalpojuma kvalificētu izpildi, izmantojot Izpildītāja resursus un sertificētu personālu.
- 5.3. Izpildītājam ir pienākums konkrētu Pakalpojumu sniegšanas laiku saskaņot ar Pasūtītāju ne vēlāk kā 2 (divas) darba iepriekš.
- 5.4. Izpildītājam ir pienākums informēt Pasūtītāju par Iekārtas ekspluatācijas noteikumiem, un garantijas termiņiem un sniegt citu ar Pakalpojumu izpildi saistītu informāciju.
- 5.5. Nomainīto rezerves daļu garantijas laikā Izpildītājam ir pienākums bez maksas novērst nomainīto rezerves daļu bojājumus vai uzstādīt jaunas rezerves daļas.
- 5.6. Ja 5.5.punktā minētie bojājumi ir radušies Pasūtītāja vainas dēļ, tad Izpildītājs bojājumu novēršanu vai jaunu rezerves daļu uzstādīšanu veic par atsevišķu samaksu, iepriekš saskaņojot ar Pasūtītāja izmaksu tāmi.
- 5.7. Izpildītājs apņemas savlaicīgi brīdināt Pasūtītāju par Iekārtas nolietojumu, sastādot apsekošanas aktu, kurā norāda Iekārtas defektu un plānojamo materiālu izmaksu tāmi, kuri iesniedzami Pasūtītājam izvērtēšanai un apstiprināšanai.

6. Pušu atbildība un strīdu izšķiršana

- 6.1. Ja Pasūtītājs kavē Līguma 2.4.punktā noteikto samaksas termiņu, tad Izpildītājam par katru nokavēto dienu ir tiesības pieprasīt no Pasūtītāja līgumsodu 0,05% (nulle, komats, nulle pieci procenti) apmērā no nesamaksātās summas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no tās.
- 6.2. Ja Izpildītājs kavē Līguma pielikumā Nr.1 noteikto izpildes termiņu, tad Pasūtītājam par katru nokavēto dienu ir tiesības pieprasīt no Izpildītāja līgumsodu 0,05% (nulle, komats,

nulle pieci procenti) apmērā no 2.1.punktā noteiktās Līguma cenas, bet ne vairāk par 10% (desmit procenti) no tās. Šī līgumsoda summu Pasūtītājs ietur savstarpēja ieskaita veidā, veicot 2.4.punktā noteikto maksājumu, ja vien šādu ieturējumu veikt ir iespējams.

- 6.3. Līgumsoda un zaudējumu atlīdzības samaksa neatbrīvo vainīgo Pusi no pienākuma izpildīt Līgumā noteiktās saistības, ja vien Līgumā nav noteikts citādi.
- 6.4. Piegādājamo Iekārtas rezerves daļu nejaušas nozaudēšanas vai bojā ejas risks, un ar to saistītie zaudējumi, gulstas uz Izpildītāju līdz Servisa akta abpusējas parakstīšanas brīdim.
- 6.5. Visi no Līguma izrietošie strīdi tiek risināti sarunu ceļā. Ja Puses nepanāk vienošanos sarunu ceļā, strīdi tiek izskatīti Latvijas Republikas tiesā.

7. Līguma spēkā esamība un izbeigšana

- 7.1. Šis Līgums stājas spēkā ar abpusējas parakstīšanas brīdi un ir spēkā 1 (vienu) gadu.
- 7.2. Ja attiecībā uz šī Līguma priekšmetu Līguma darbības laikā nav izsludināti jauna iepirkuma rezultāti, Puses var vienoties par Līguma darbības pagarinājumu līdz jaunā iepirkuma rezultātu izsludināšanai.
- 7.3. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs neievēro Līguma noteikumus.
- 7.4. Puses ir tiesīgas izbeigt Līgumu, savstarpēji rakstiski vienojoties.

8. Nepārvarama vara

- 8.1. Puses tiek atbrīvotas no atbildības par Līguma saistību neizpildi, ja šādai neizpildei par iemeslu ir bijusi nepārvarama vara, kuru nebija iespējams paredzēt, noslēdzot šo Līgumu, kā arī nebija iespējams no tās izvairīties vai novērst to ar saprātīgiem līdzekļiem. Nepārvarama vara ir dabas katastrofas, karš, streiki un jauni normatīvie akti, kas padara neiespējamu Līguma izpildi. Inflācija, nodokļu likmju izmaiņas un citi biznesa riski nav uzskatāmi par nepārvaramu varu.
- 8.2. Pusei, kas saskārusies ar nepārvaramu varu, ne vēlāk kā 5 (piecu) darba dienu laikā pēc tās iestāšanās rakstiski jāinformē par to otra Puse, ja vien tas objektīvi iespējams. Ziņojumam jāpievieno izziņa, ko izsniegušas kompetentas iestādes un kas satur minēto nepārvaramās varas apstākļu apstiprinājumu un raksturojumu.

9. Citi noteikumi

- 9.1. Visi Līguma grozījumi kļūst par Līguma neatņemamām sastāvdaļām un ir spēkā tikai tad, ja tie ir noformēti rakstveidā un tos ir parakstījušas abas Puses.
- 9.2. Ja tiesību aktu izmaiņu gadījumā kāds no Līguma noteikumiem zaudē spēku, tad Līgums nezaudē spēku tā pārējos punktos, un šādā gadījumā Puses piemēro Līgumu atbilstoši spēkā esošo tiesību aktu prasībām.
- 9.3. Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, juridiskā adrese, bankas rekvizīti, vai paraksttiesīgās personas, tad tā nekavējoties rakstiski par to paziņo otrai Pusei. Nepaziņošanas gadījumā vainīgai Pusei ir jāatlīdzina tādējādi nodarītie zaudējumi.
- 9.4. Pušu reorganizācija vai to vadītāju maiņa nevar būt par pamatu Līguma vienpusējai izbeigšanai. Gadījumā, ja kāda no Pusēm tiek reorganizēta, Līgums paliek spēkā un tā noteikumi ir saistoši līgumslēdzējas Puses tiesību pārņēmējam.
- 9.5. Puse nav tiesīga nodot šajā Līgumā noteiktās tiesības trešajām personām bez otras Puses rakstiskas piekrišanas.
- 9.6. Līgums kopā ar pielikumu Nr.1 „Tehniskā specifikācija” un pielikumu Nr. 2 „Finanšu piedāvājums”, kas ir Līguma neatņemamas sastāvdaļas, ir sastādīts uz 6 (sešām) lapām un

parakstīts divos identiskos eksemplāros. Pa vienam eksemplāram ir izsniegts katrai Pusei.
Abiem eksemplāriem ir vienāds juridisks spēks.

10. Pušu rekvizīti un paraksti

PASŪTĪTĀJS:

**SIA „Rīgas Austrumu klīniskā
universitātes slimnīca”**
Hipokrāta iela 2, Rīga, LV-1038
Reģ. Nr. 40003951628
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV24HABA0001407045905

A. Slokenberga

K. Plūme

IZPILDĪTĀJS:

SIA „TRADINTEK”
Citadeles iela 2, Rīga, LV-1010
Reģ. Nr. 40003308634
Banka: AS „Swedbank”
Kods: HABALV22
Konts: LV02HABA0001408032885

A. Packevičs

TEHNISKĀ SPECIFIKĀCIJA

**Profilaktiskās apkopes darbu izpildes grafiks
(SPECT/CT gamma kamera „Infinia Hawk eye”)**

1. Profilaktisko pārbaūžu biežums atbilstoši iesniegtajam grafikam, iepriekš saskaņotā laikā. Šo apskašu laikā **Izpildītājs** veic gentrija, pacientu pozicionēšanas galda, rekonstrukcijas datora, operatora darba stacijas darbības pārbaudi, kā arī kļūdu reģistru failu apskati un analīzi.
2. Profilaktiskā tehniskā apkope ir jāveic reizi trijos mēnešos, iepriekš saskaņota laikā. Apkopes laikā Iekārtai ir jāveic ražotāja noteiktās tehniskās profilaktiskās apkopes procedūras.
3. Servisa līgumā ir iekļautas visas nepieciešamās darba izmaksas un rezerves daļas, **izslēdzot** no korektīvās apkopes piegādājamo detaļu saraksta iekārtas datortomogrāfa daļas **rentgena spuldzi**.

| Nr. p.k. | Procedūra | I cet. | II cet. | III cet. | IV cet. |
|----------|---|--------|---------|----------|---------|
| 1. | Attēlu kvalitātes kontrole | + | + | + | + |
| 2. | "Slip Ring" profilakse | + | + | + | + |
| 3. | DAS sildītāja temperatūras kontrole un regulēšana | | + | | + |
| 4. | DAS barošanas bloku profilakse | | + | | + |
| 5. | HV sistēmas profilakse | + | + | + | + |
| 6. | HV sistēmas pārbaude un kalibrēšana | + | + | + | + |
| 7. | Rentgena Spuldzei HV kabeļu pārbaude | + | + | + | + |
| 8. | Rentgena Spuldzei silikona līmeņa pārbaude | | + | | + |
| 9. | Rentgena Spuldzei drošības sistēmas pārbaude | + | + | + | + |
| 10. | Rentgena Spuldzei ISO centra pārbaude | | + | | + |
| 11. | Gentrija dzesēšanas sistēmas profilakse | + | + | + | + |
| 12. | Gentrija rotācijas ātruma pārbaude, kalibrēšana | | + | | + |
| 13. | Drošības sistēmas pārbaude | | + | | + |
| 14. | Pacientu galda profilakse | + | | | + |
| 15. | Pacienta galda celšanas-nolaišanas mehānisma profilakse | + | | | + |
| 16. | Konsoles dzesēšanas sistēmas profilakse | + | + | + | + |
| 17. | Konsoles barošanas avotu kontrole regulēšana | + | | + | |
| 18. | Blīvuma koeficientu kalibrēšana | + | + | + | + |
| 19. | mA līknes kalibrēšana | + | + | + | + |
| 20. | Detektoru pozicionēšana, pārbaude un kalibrēšana | | + | | + |
| 21. | Kollimatoru sistēmas pozicionēšanas pārbaude un kalibrēšana | + | | + | |
| 22. | Kollimatoru sistēmas „Body countouring“ pārbaude | | + | | + |
| 23. | „PSD“ sistēmas pārbaude un kalibrēšana | + | | + | |
| 24. | Kļūdu reģistra pārlūkošana | + | + | + | + |

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

| Nr. p.k. | Procedūra | I cet. | II cet. | III cet. | IV cet. | Pakalpojuma cena EUR bez PVN par vienu ceturksni | Pakalpojuma cena EUR bez PVN par gadu |
|--|---|--------|---------|----------|---------|--|---------------------------------------|
| 1. | Attēlu kvalitātes kontrole | + | + | + | + | 475,00 | 1 900,00 |
| 2. | "Slip Ring" profilakse | + | + | + | + | 604,00 | 2 416,00 |
| 3. | DAS sildītāja temperatūras kontrole un regulēšana | | + | | + | 385,00 | 770,00 |
| 4. | DAS barošanas bloku profilakse | | + | | + | 385,00 | 770,00 |
| 5. | HV sistēmas profilakse | + | + | + | + | 386,00 | 1 544,00 |
| 6. | HV sistēmas pārbaude un kalibrēšana | + | + | + | + | 386,00 | 1 544,00 |
| 7. | Rentģena Spuldzei HV kabeļu pārbaude | + | + | + | + | 386,00 | 1 544,00 |
| 8. | Rentģena Spuldzei silikona līmeņa pārbaude | | + | | + | 385,00 | 770,00 |
| 9. | Rentģena Spuldzei drošības sistēmas pārbaude | + | + | + | + | 486,00 | 1 944,00 |
| 10. | Rentģena Spuldzei ISO centra pārbaude | | + | | + | 385,00 | 770,00 |
| 11. | Gentrija dzesēšanas sistēmas profilakse | + | + | + | + | 486,00 | 1 944,00 |
| 12. | Gentrija rotācijas ātruma pārbaude, kalibrēšana | | + | | + | 385,00 | 770,00 |
| 13. | Drošības sistēmas pārbaude | | + | | + | 385,00 | 770,00 |
| 14. | Pacientu galda profilakse | + | | | + | 385,00 | 770,00 |
| 15. | Pacienta galda celšanas-nolaišanas mehānisma profilakse | + | | | + | 385,00 | 770,00 |
| 16. | Konsoles dzesēšanas sistēmas profilakse | + | + | + | + | 386,00 | 1 544,00 |
| 17. | Konsoles barošanas avotu kontrole regulēšana | + | | + | | 385,00 | 770,00 |
| 18. | Blīvuma koeficientu kalibrēšana | + | + | + | + | 486,00 | 1 944,00 |
| 19. | mA līknes kalibrēšana | + | + | + | + | 486,00 | 1 944,00 |
| 20. | Detektoru pozicionēšana, pārbaude un kalibrēšana | | + | | + | 385,00 | 770,00 |
| 21. | Kollimatoru sistēmas pozicionēšanas pārbaude un kalibrēšana | + | | + | | 385,00 | 770,00 |
| 22. | Kollimatoru sistēmas „Body countouring“ pārbaude | | + | | + | 385,00 | 770,00 |
| 23. | „PSD“ sistēmas pārbaude un kalibrēšana | + | | + | | 385,00 | 770,00 |
| 24. | Kļūdu reģistra pārlūkošana | + | + | + | + | 387,00 | 1 548,00 |
| Kopējā piedāvājuma summa EUR bez PVN par visu apjomu: | | | | | | | 29 826,00 |